



DIÁRIO OFICIAL

De acordo com a Lei nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

www.ceuazul.pr.gov.br

SEXTA-FEIRA 08/04/2011

ANO: I N°: 0009

EDIÇÃO DE HOJE: 01 PÁGINA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ALTERAÇÃO DE EDITAL

AVISO DA 2ª ALTERAÇÃO EDITAL

PREGÃO Nº 10/2011 – Forma Presencial

Comunicamos a todos os proponentes interessados no fornecimento dos equipamentos objeto do Pregão nº 10/2011 – forma presencial, que tem por objeto a **aquisição de equipamentos laboratoriais (Analisador automático para hematologia e Espectrofotômetro para análise de bioquímica), para uso no laboratório de análises clínicas do Centro de Saúde.** Que considerando impugnação interposta, promoveu-se as seguintes alterações ao Edital:

1 – Fica acrescentada e alterada a redação do item 1 com as seguintes especificações, do anexo III do edital passando para seguinte redação:

Item	Qtde	Un. i.	Descrição do produto	Preço máx. unit.
1	1	Unid	<p>Analisador automático para hematologia - Aparelho contador de células sanguíneas;</p> <p>Com as seguintes Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processa 60 amostras/hora de 19 parâmetros; - Capacidade de armazenagem de resultados até 1000 pacientes. <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contagem total de leucócitos; - Contagem total de eritrócitos; - Determinação de hematócrito; - Determinação de volume corpuscular médio; - Determinação da hemoglobina corpuscular média; - Determinação da concentração da hemoglobina corpuscular média; - Determinação do índice de anisocitose (RDW); - Contagem total de plaquetas; - Determinação do volume plaquetário médio; - Determinação do plaquetócrito; - Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW); - Contagem de linfócitos (valor absoluto e relativo); - Limpeza automática da ponteira aspiradora; - Realiza a calibração automaticamente; - Possui capacidade de encaixe de amostras de emergência; - Realiza o gerenciamento dos reagentes e amostras automaticamente; - Possui sistema aberto que possibilite o uso de reagentes de marcas e metodologias diversas; - Possui alarme com indicadores de insuficiência de reagente, alarme para nível cheio do container de descarga e alarme para erros; - Solicita indicação digital e impressão dos parâmetros medidos; - Analisa a necessidade de identificação de amostras e reagentes por código de barra; - Analisa a necessidade de interface com saída serial RS 232 c para comunicação bidirecional; - Dois Modos de amostragem: sangue total e pré-diluído - SISTEMA ABERTO; - Software e manuais de operação em português; - Possui sistema de no-break; - Alimentação elétrica: 110/220V – 60Hz - Garantia 12 meses; - Assistência técnica no Paraná 	25.000,00

2 – Considerando as alterações promovidas no edital, fica remarcada a licitação para o dia 19 DE ABRIL DE 2011, ÀS 14:00 HORAS;

3– Permanecem inalteradas as demais descrições do equipamento condições do Edital;

Céu Azul, 07 de abril de 2011.

Ivete G. Tomazin
Secretária de Saúde

Jonimar Jung
Pregoeiro



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE
A Prefeitura Municipal de Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.ceuazul.pr.gov.br/>

Arquivo Assinado Digitalmente
Este documento eletrônico foi assinado digitalmente por
VICTOR HUGO DE ALBUQUERQUE PISARRO
Medida Provisória 22002-2 do Art. 10º de 24.08.01 da
ICP-Brasil/AE63A29603D689A75BE4D1C231BC813A22E65BC7